



GenePharma

siRNA-mate 转染试剂使用说明书

产品介绍

与其它转染试剂比较，siRNA-mate 转染效率高、细胞存活率高、毒性小。可广泛用于瞬时和稳定转染，也可以应用于蛋白表达和基因功能的研究。

转染试剂保存在 4℃，有效期 2 年。

重要提示

1. 细胞的状态：转染时贴壁细胞的密度以 30 - 50%为佳，而且转染时细胞应处在生长旺盛的对数生长期。细胞密度过高和细胞传代数过高会影响转染效果。
2. siRNA 的质量：使用高纯度的 siRNA 也是转染成功的关键。在转染前需确定 siRNA 的含量和纯度，实验过程中需要使用DEPC处理过的耗材和试剂，注意避免 RNase 污染。
3. 血清的影响：在制备 siRNA-mate 和 siRNA 形成复合体过程中不能添加血清，建议用OPTI-MEM 或其他无血清培养基（如 DMEM、RPMI-1640 等）稀释 siRNA 和转染试剂，以达到复合物形成的最佳效果。但是，在随后的转染过程中，血清的存在并不影响复合体的转染效果。
4. 转染试剂的用量：对于一定量的 siRNA 建议尝试按照推荐剂量的 siRNA-mate 转染试剂进行优化，以确定最佳的转染效率。以 24 孔板为例，每 10pmol siRNA 可使用0.5 μ l，1 μ l，1.5 μ l 和 2 μ l 转染试剂作为初步实验条件。

操作流程（24 孔板）

以24孔板为例，若要检测基因沉默的效果，推荐最低 siRNA 终浓度 10 nM；若要在显微镜下从荧光强度看转染效率，因荧光信号被检测到需要一定的敏感度，推荐siRNA 终浓度50 nM。遵循以下操作方法可以高效地将 siRNA 转染贴壁和悬浮培养的多种真核细胞。但是对某些特殊的细胞系和培养条件，或特殊应用等，也许需要单独特别优化，请参考表1、表2。



GenePharma

A. 细胞铺板

贴壁细胞数量：在转染实验之前的 18 - 24 个小时，在每个孔的 500 μ l 生长培养基中加入 $1.5 - 3.5 \times 10^4$ 个细胞（确保转染时细胞密度在 30 - 50%）。

悬浮细胞数量：转染实验的当天，在 500 μ l 生长培养基中加入 $1 - 2 \times 10^5$ 个细胞。注意：转染时应确保细胞没有过度生长或处于休止期。

B. 转染复合物的制备

1. 将 siRNA-mate 转染试剂放置于室温中，使用前轻轻混匀。
2. 将 100 μ l DMEM 或 OPTI-MEM（无血清和无抗生素）加入无菌 EP 管中。
3. 在上述含有 DMEM 培养液的 EP 管中加入 10 pmol (140 ng) 待转染的 siRNA，并充分混匀。
随后在管子中加入 2 μ l siRNA-mate 转染试剂，快速涡旋 10 s 使其完全混匀。
4. 室温静置 10 分钟，使 siRNA 和转染试剂形成转染复合物。静置时间不要超过 30 min。

C. 转染过程

1. 趁静置时，给 24 孔板换液，每孔换上 0.5 ml 预热的新鲜培养基。
2. 将 100 μ l 转染混合物加入孔中，终体系为 600 μ l，siRNA 终浓度为 16.7 nM。加完后将板轻轻摇晃匀。
3. 37 $^{\circ}$ C 静置培养细胞，检测基因沉默水平可在 24 - 72 h 内收样检测 mRNA（qRT-PCR 实验等），或 48 - 96 h 内检测蛋白（Western Blot 实验等）。

本产品仅限于科研用途，而不适用于临床诊断、治疗等其他特殊用途。



GenePharma

表 1: 贴壁细胞或悬浮细胞接种数量、培养基体积

培养器皿	每孔表面积 (cm ²)	每孔培养基的体积 (ml)	贴壁细胞转染前一天接种密度	悬浮细胞转染当天接种密度 ¹
96 孔板	0.3	0.1	5 000 ± 2 500	2 - 5×10 ⁴
24 孔板	2	0.5	25 000 ± 10 000	1 - 2.5×10 ⁵
12 孔板	4	1	50 000 ± 20 000	2 - 5×10 ⁵
6 孔板	10	2	150 000 ± 50 000	0.4 - 1×10 ⁶
60 mm	20	4	400 000 ± 100 000	1 - 2.5×10 ⁶
100 mm	60	10	1 × 10 ⁶ 250 000	2 - 5×10 ⁶

注 1: 贴壁细胞培养密度取决于培养器皿的表面积, 而悬浮细胞则由培养基的体积决定, 确保转染时细胞密度在 30 - 50%。

表 2 不同培养板转染 siRNA 的推荐转染条件

培养器皿	转染稀释液 (无血清培养基) 体积 (μl)	转染复合物中 RNA 含量范围 (pmol)	常规细胞每孔 siRNA-mate 用量 ²
96 孔板	50	2 - 10	0.25 - 5 μl
24 孔板	100	6 - 30	1 - 4 μl
12 孔板	200	12 - 60	2 - 8 μl
6 孔板	200	22 - 110	4 - 16 μl
60mm	400	44 - 220	10 - 25 μl
100mm	500	105 - 525	30 - 60 μl

注 2: siRNA-mate 转染试剂的用量在此范围内进行优化。



B008-V001-20141023